PID: 70303010xx
UID: 040-08-1-70303010xx-0
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2021 11:18

# PIPETY AUTOMATYCZNE JEDNOKANAŁOWE ZMIENNOPOJEMNOŚCIOWE MICROPETTE PLUS



## OPIS OGÓLNY

Wszystkie pipety **firmy DLAB** zostały przetestowane zgodnie z normami ISO8655-2:2002, posiadają certyfikaty kalibracji. Kontrola jakości polega na przeprowadzeniu testów grawimetrycznych każdej pipety przy użyciu wody destylowanej o temp. 22°C.

Pipety **MicroPette Plus** są w pełni autoklawowalne w temp. 121°C, 1 atmosfera przez 20 minut. Mogą być autoklawowane bez specjalnego wcześniejszego przygotowania. Po procesie sterylizacji pipety muszą zostać schłodzone i pozostawione do wyschnięcia na 12 godzin. Zaleca się sprawdzenie działania pipety po każdym autoklawowaniu, jak również nasmarowanie tłoka i uszczelki pipety po każdym dziesiątym procesie sterylizacji.

**Właściwości:**

- w całości autoklawowalna,
- lekka, ergonomiczna,
- cyfrowy wyświetlacz,
- dostępne w zakresie 0,1 µL do 1000 µL,
- łatwa w kalibracji i konserwacji,
- konstrukcja pozwala redukować zmęczenie, dyskomfort oraz urazy w trakcie pracy,
- kalibrowanie zgodne z ISO8655. Każda pipeta dostarczana jest wraz z certyfikatem kontrolnym,
- wykonana z innowacyjnych materiałów.

## MODELE

- **MicroPette Plus** o pojemności 0,1-2,5 µL; nr kat.: 7030301001
- **MicroPette Plus** o pojemności 0,5-10 µL; nr kat.: 7030301004
- **MicroPette Plus** o pojemności 2-20 µL; nr kat.: 7030301005
- **MicroPette Plus** o pojemności 5-50 µL; nr kat.: 7030301006
- **MicroPette Plus** o pojemności 20-200 µL; nr kat.: 7030301009
- **MicroPette Plus** o pojemności 100-1000 µL; nr kat.: 7030301014

## CERTYFIKATY

CE, ISO8655

## SPECYFIKACJA

| Zakres objętości | Przyrost dozowania | Testowana pojemność | Dokładność | | Precyzja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [%] | [µL] | [%] | [µL] |
| 0,1-2,5 µL | 0,05 µL | 2,5 µL | 2,50 | 0,0625 | 2,00 | 0,05 |
| | | 1,25 µL | 3,00 | 0,0375 | 3,00 | 0,0375 |
| | | 0,25 µL | 12,00 | 0,03 | 6,00 | 0,015 |
| 0,5-10 µL | 0,1 µL | 10 µL | 1,00 | 0,1 | 0,80 | 0,08 |
| | | 5 µL | 1,50 | 0,075 | 1,50 | 0,075 |
| | | 1 µL | 2,50 | 0,025 | 1,50 | 0,015 |
| 2-20 µL | 0,5 µL | 20 µL | 0,90 | 0,18 | 0,40 | 0,08 |
| | | 10 µL | 1,20 | 0,12 | 1,00 | 0,1 |
| | | 2 µL | 3,00 | 0,06 | 2,00 | 0,04 |
| 5-50 µL | 0,5 µL | 50 µL | 0,60 | 0,3 | 0,30 | 0,15 |
| | | 25 µL | 0,90 | 0,225 | 0,60 | 0,15 |
| | | 5 µL | 2,00 | 0,1 | 2,00 | 0,1 |
| 10-100 µL | 1 µL | 100 µL | 0,80 | 0,8 | 0,15 | 0,15 |
| | | 50 µL | 1,00 | 0,5 | 0,40 | 0,2 |
| | | 10 µL | 3,00 | 0,3 | 1,50 | 0,15 |
| 20-200 µL | 1 µL | 200 µL | 0,60 | 1,2 | 0,15 | 0,3 |
| | | 100 µL | 0,80 | 0,8 | 0,30 | 0,3 |
| | | 20 µL | 3,00 | 0,6 | 1,00 | 0,2 |
| 100-1000 µL | 5 µL | 1000 µL | 0,60 | 6 | 0,20 | 2 |
| | | 500 µL | 0,70 | 3,5 | 0,25 | 1,25 |
| | | 100 µL | 2,00 | 2 | 0,70 | 0,7 |

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- statywy.

Link do pliku źródłowego


BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl